

Ohutuslane hoiatus avalikkusele

Müügiloahoidjale Novo Nordisk on teatatud Ozempic® ja/või Saxenda® pen-süstlitest, mis on võltsitud ja mis ei ole seaduslikud. Võltsitud tooteid on müüdnud erinevates geograafilistes piirkondades nii ametlikes kui ka ebaseaduslikes tarneahelates. Võltsitud pen-süstlite sisu erineb täielikult ametlikust tootest ja neid ei tohi kasutada, kuna võltsitud pen-süstlid on risk patsientide ohutusele.

Novo Nordisk Ozempic® ja Saxenda® originaalse pen-süstli pikkus ei muutu ja süstenupp ei kerin annuse määramisel välja. Pen-süstlil on fikseeritud annused - Ozempic® puhul 0,25 mg, 0,5 mg või 1,0 mg ning Saxenda® puhul 0,6 mg, 1,2 mg või 1,8 mg.

Võltsitud pen-süstli saab tuvastada skaala alusel, mis ulatub 0 - 80 ühikuni ja kerib annuse määramisel pen-süstlist välja.



Example 1: Genuine Ozempic® pen



Example 2: Genuine Saxenda® pen



Example 3: Falsified Ozempic® pen

Joonis 1: Originaal Ozempic® pensüstel

Joonis 2: Originaal Saxenda® pensüstel (Eestis ei müüda)

Joonis 3: Võltsitud Ozempic® pensüstel

Patsiendile:

- Olge teadlik võltsitud ravimitest ja kontrollige oma ravimit hoolikalt enne selle kasutamist.
- Kui avastate võltsitud pen-süstli, siis ärge tarvitage seda ning teavitage kohalikku esindajat Novo Nordisk Estonia OÜ.
- Kui kahtlustate, et teie pen-süstel on võltsitud ja olete seda juba kasutanud, siis pöörduge kohe meditsiinasutusse.

Eestis on ravimipakendid varustatud turvaelementidega, mis võimaldab hulgimüüjal ja apteekril võltsing tuvastada.

Novo Nordisk'i jaoks on patsientide ohutus esmatähtis ja suhtleme tihedalt kõigi asjaomaste osapooltega, et nõustada patsiente parimal võimalikul viisil võltsitud toodete vältimise osas.

Küsimuste korral võtke ühendust ettevõtte esindajaga Eestis:

Novo Nordisk Estonia OÜ

Paldiski mnt 29, Tallinn. Tel 667 5050